

# Rosen Root Canal Cement silver free

Radiopaque Root canal sealing cement.

## Composition

**Powder** Zinc Oxide 41.2%, Rosin 16%, Thymol Iodide 12.8%, Radiopaque excipient ad 100%.

**Liquid** Oil of Cloves 78%, Canada Balsam 22%.

## Indications

Permanent root canal sealing.

## Directions for use

- Spatulate the liquid and the powder to obtain a paste of creamy consistency. The recommended powder/liquid (P/L) weight ratio is between 1.9 and 3.0 (g/g).
- Clean the root canal and air-dry thoroughly.
- Work the paste into the canal with a probe or a rotary paste filler.
- Avoid air pockets and extrusion beyond the apex.
- The setting time (tested according to ISO 6876) is 70-80 minutes, depending on the P/L ratio (the thicker the paste, the faster is the setting time).
- Can be used with any type of endodontic points.

## Warning

Due to the presence of eugenol, avoid using cement with resin-based fillings.

When using this product, gloves and protective glasses should be worn. In case of contact with the skin wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing rinse the mouth with water, drink a lot of water and consult a doctor. Keep the person exposed at rest, do not force vomiting. Do not use in cases of known hypersensitivities to any of these ingredients.

## Storage

Store at room temperature between 5°C and 30°C, protected from direct light.

## Packaging

Portion of 15 g powder and 15 ml liquid

**REF**  
10245

For dental professional use. Made in Switzerland.

# Ciment à canaux de Rosen sans argent

Ciment de scellement canalair radio-opaque.

## Composition

**Poudre** oxyde de zinc 41.2%, colophane 16%, iodure de thymol 12.8%, excipient radio-opaque ad 100%.

**Liquide** essence de clous de girofle 78%, baume du Canada 22%.

## Indications

Scellement permanent du canal radicaulaire.

## Mode d'emploi

- Mélanger le liquide et la poudre de manière à obtenir une pâte de consistance crémeuse. Le rapport massique poudre/liquide (P/L) recommandé est entre 1.9 et 3.0 (g/g).
- Nettoyer à fond le canal radicaulaire et le sécher au jet d'air.
- Introduire la pâte à l'aide d'une sonde ou d'un bourre-pâte.
- Éviter les poches d'air et toute protrusion au-delà de l'apex.
- Le temps de prise (testé selon ISO 6876) est de 70-80 minutes, dépendant du rapport P/L utilisé (plus la pâte est épaisse, plus le temps de prise est rapide).
- Peut être utilisé avec tout type de pointe endodontique.

## Mise en garde

Du fait de la présence d'eugénoL, éviter d'utiliser le ciment avec des obturations à base de résines.

Lors de l'utilisation de ce produit, des gants et des lunettes protectrices devraient être portés. En cas de contact avec la peau rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau apparaît, consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin. Garder la personne exposée au repos, ne pas forcer à vomir. Ne pas utiliser en cas d'allergies connue à l'un des ses composants.

## Stockage

Conserver à température ambiante entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière.

## Conditionnement

Portion de 15 g poudre et 15 ml liquide

**REF**  
10245

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse.

# Rosen Root Canal Zement Silberfrei

Röntgendichter Wurzelkanal Versiegelungszement.

## Zusammensetzung

Pulver Zinkoxid 41.2%, Kolophonium 16%, Thymol Jodid 12.8%,  
röntgendichter Hilfsstoff ad 100%.

Flüssigkeit Nelkenöl 78%, Kanadabalsam 22%.

## Indikationen

Dauerhafte Wurzelkanalversiegelung.

## Gebrauchsanweisung

- Pulver und Flüssigkeit mit Hilfe eines Spatels zu einer Paste mit cremiger Konsistenz vermischen. Das empfohlene Pulver/Flüssigkeit (P/F) Gewichtsverhältnis liegt zwischen 1.9 und 3.0 (g/g).
- Wurzelkanal reinigen und gut lufttrocknen.
- Paste mit einer Sonde oder einem Pastenfüller in den Wurzelkanal einarbeiten.
- Vermeiden Sie Lufteinschlüsse und Überfüllungen über den Apex.
- Die Abbindezeit (nach ISO 6876 geprüft) ist 70-80 Minuten, je nach P/F Verhältnis (je dicker die Paste, desto kürzer die Abbindezeit).
- Verwendbar mit allen Arten von endodontischen Spitze.

## Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Aufgrund der Präsenz von Eugenol keine Obturationszemente auf Harzbasis verwenden.

Bei Produkt-Nutzung: Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Nach Hautkontakt: die Haut mit reichlich Wasser und Seife waschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Reizungen auftreten.

Nach Augenkontakt: die Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit sauberem fließendem Wasser spülen und Viel Wasser trinken sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: den Mund gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Die betroffene Person ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten. Nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe verwenden.

## Lagerung

Bei Raumtemperatur zwischen 5°C und 30°C, geschützt vor direktem Lichteinfluss.

## Verpackung

Portion mit 15 g Pulver und 15 ml Flüssigkeit

REF

10245

Für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch. Hergestellt in der Schweiz.